

Biomarker Micro Cell/Tissue DNA Kit

◆ 产品介绍

Biomarker Micro Cell/Tissue DNA Kit是专门用于从微量细胞、组织样本中提取DNA的试剂盒。本产品采用了最新的离子膜技术和独特的消化液，能消化组织、细胞中的蛋白质，这种反复优化了裂解液和洗脱液配方，可使样本中的微量核酸能够被充分地提取出来。与一般的核酸提取试剂盒相比，Biomarker Micro Cell/Tissue DNA Kit能在20分钟内完成提取，在微量组织或细胞样本中提取DNA纯度高，无抑制剂，A260/A280为1.7-1.9，可以直接应用于PCR等各种常规分子生物学实验。

◆ 试剂盒组成

组分	50次
吸附柱和收集管	各50个
裂解液	12 mL
Carrier	0.2 mL
洗涤液	9 mL 第一次使用前按说明加指定量无水乙醇
洗脱液	2.5 mL
消化液	1.1 mL

◆ 储存事项:

1. 本试剂盒可常温运输，室温（10-30℃）保存，有效期为12个月；
2. 消化液、Carrier 请于2-8℃存放，避免反复冻融。

◆ 注意事项:

裂解液含有刺激性化学物质，操作过程请做好防护措施，避免直接接触皮肤，防止吸入口鼻，洗涤液在使用前应加入乙醇后充分混匀。

◆ 操作步骤:(实验前请先阅读注意事项)

1. 操作前准备:

- ① 需自备无水乙醇、生理盐水（根据实验样本判断）及1.5 mL 离心管。
- ② 取出洗涤液，9 mL加入21 mL无水乙醇混匀。

2. 样本处理:

2.1 微量组织:

- a.活检、冰冻组织，先用液氮研磨为粉末，转入1.5 mL离心管内，加入100 μL 生理盐水，混匀，进入步骤3；
- b.穿刺组织，体积小于50 μL，加入50 μL 生理盐水，转入1.5 mL离心管内，混匀，进入步骤3；50-100 μL 穿刺液，混匀，直接进入步骤3；大于100 μL，2000 rpm离心5分钟，吸弃部分上清，留下100 μL上清，振荡混匀，进入步骤3。

2.2 微量细胞:

- a.胸腹水、尿液、脑脊液等，2000 rpm离心5分钟，吸弃部分上清，留下100 μL上清，振荡混匀，进入步骤3。
- b.培养细胞，先制备成细胞悬液，转入1.5 ml离心管，2,000 rpm 离心 5分钟，弃部分上清，留100 μL上清，混匀，进入步骤3。

3. 加入200 μL 裂解液, 20 μL 消化液, 4 μL Carrier, 振荡混匀, 56 $^{\circ}\text{C}$ 温育10分钟至细胞完全裂解。
4. 加入350 μL 无水乙醇, 轻轻颠倒混匀, 如有半透明悬浮物, 不影响DNA的提取与后续实验。
5. 将吸附柱放入收集管内, 将上述溶液转入吸附柱内, 静置2分钟, 12,000 rpm 4 $^{\circ}\text{C}$ 离心1分钟, 弃收集管内废液。
6. 将吸附柱放回收集管内, 加500 μL 洗涤液至吸附柱内, 12,000 rpm 4 $^{\circ}\text{C}$ 离心1分钟, 弃收集管内废液。
7. 将吸附柱放回收集管内, 12,000 rpm 4 $^{\circ}\text{C}$ 离心1分钟, 离去除残留的洗涤液。
8. 取出吸附柱, 放入新的1.5 mL离心管内, 加入30-50 μL 洗脱液, 静置2分钟, 12,000 rpm 4 $^{\circ}\text{C}$ 离心1分钟, 收集DNA溶液。提取的DNA即可用于下一步实验或-20 $^{\circ}\text{C}$ 保存。